

Provtagning av vatten i headspacevial

Analyspaket

Följande analyspaket är tillämpliga för vattenprov tagna i headspacevialer:

- OV-30a Freoner i vatten
- OV-11 Acetater i vatten
- 1,4-dioxan i vatten



Beställning

Vialer beställs via ALS hemsida under *Beställ provkärl-Vialer*. Kom ihåg att alltid beställa två vialer per prov. Vid beställning skickas även en vattenfast penna för märkning av vialer.

Provtagning

1. För varje prov skall två vialer användas, en som toppfylls samt en som endast fylls till hälften (max 10 ml).
2. Märk samtliga vialer tydligt med en vattenfast penna. **OBS! Etiketter får ej klistras på vialen** eftersom de fastnar i instrumentet vid analys.
3. För att minska syresättningen bör provet föras ner i vialen längs vialens kanter.
4. Locket stängs sedan med hjälp av en vialtång.
5. Proven bör sändas kylda till laboratoriet snarast efter provtagning.

Vialtång

Vialtänger går att hyra av ALS i begränsad omfattning. Alternativt kan vialtänger köpas direkt av Teknolab AB (tel. 0300-568 660, artikelnummer RK23398).